

## TIBBİ CİHAZA BAĞLI BASINÇ YARASI RİSK DEĞERLENDİRME ÖLÇEĞİ

TIBBİ CİHAZA BAĞLI BASINÇ YARASI RİSK DEĞERLENDİRME ÖLÇEĞİ (TCBYRÖ)					
Hasta Adı-Soyadı:			Değerlendirme Tarihi:		
1-Genel basınç yarası risk durumu	1- Yüksek riskli	2- Riskli	3- Düşük riskli	4- Risk yok	
2- Hastanın bilinç durumu	1- Koma	2- Prekoma /Konfüze	3- Sedatize	4- Oryante	
3- Doku perfüzyonu	1- Spontan solunum hiç yok/ sPO <sub>2</sub> < 70 / KB <60 mmHg	2- Spontan solunum var, oksijen ihtiyacı var/ sPO <sub>2</sub> = 70 KB = 60 mmHg	3- Spontan solunum var, oksijen ihtiyacı yok/ sPO <sub>2</sub> > 70 AB>60mmHg		
4-Tıbbi cihaz/cihaz bölümlerinin basınç yaptığı temas bölgesindeki derinin veya mukozanın bütünlük durumu	1- Deri/mukozada Ödem ve/veya hiperemi/aşınma /soyulma	2-Deri /mukozada İnce hassas/çöküntü/iz	3- Deri /mukozada sorun yok		
5- Tıbbi cihaz/cihaz bölümlerinin temas bölgesine sürtünme durumu	1- Sürtünme var/ Problem var	2- Sürtünme bazen oluyor/ Problem olabilir	3- Sürtünme yok/ Problem yok		
6- Tıbbi cihaz/cihaz bölümlerinin hastanın vücudunun altında kalma durumu	1- Her zaman hastanın altında kalıyor	2- Çoğunlukla hastanın altında kalıyor	3- Bazen hastanın altında kalıyor	4- Hastanın altında kalmıyor	
7- Tıbbi cihaz/cihaz bölümlerinin sabitlenmesinde basınç azaltıcı materyal kullanım durumu	1- Gerek var/ Kullanılmıyor	2- Gerek var/Kullanılıyor	3- Gerek yok/Kullanılmıyor		
8- Tıbbi cihaza maruziyet süresi	1-Sürekli maruziyet	2- Aralıklı maruziyet (2 saatten fazla)	3-Nadiren maruziyet (2 saatten az)		
<b>TOPLAM PUAN</b>					

\*\*\* YÖNERGE: Tıbbi Cihaza Bağlı Basınç Yarası Risk Değerlendirme Ölçeği analizler sonrası 8 madde olarak belirlenmiştir. Her bir ifade için farklı seçenekler vardır. Puan **azaldıkça** risk artmaktadır. TCBYRÖ'nin, toplam puanında 8-11 puan yüksek risk düzeyini, 13-20 puan orta risk düzeyini, 22-27 puan düşük risk düzeyini göstermektedir. Ölçekten alınabilecek en yüksek puan 27 puan ve en düşük 8 puandır. Puanlar arttıkça tıbbi cihaza bağlı basınç yarası riski düşmekte olup puan azaldıkça ise risk artmaktadır

